



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.022.A № 51365/1

Срок действия до 02 июля 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Вискозиметры капиллярные стеклянные ВПЖ и ВНЖ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКРОСХИМ"  
(ООО "ЭКРОСХИМ"), г. Санкт-Петербург

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 54038-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МИ 1748-87

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 июня 2017 г. № 1360

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С.Голубев

" 29 " 06 ..... 2017 г.

Серия СИ

№ 029909

Срок действия до 07 мая 2023 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 07 мая 2018 г. № 866

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

" 18 " 05 ..... 2018 г.