



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

РО.С.31.007.А № 44868

Срок действия до 21 декабря 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Оксиметры HI9142, HI9146, HI9147

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Hanna Instruments, Румыния

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 48481-11

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
Р 50.2.045-2005

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2011 г. № 6410

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

12 ..... 2011 г.

Серия СИ

№ 002924



**Срок действия до 16 ноября 2021 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **16 ноября 2016 г. № 1676**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



С.С. Голубев

18 " 11 ..... 2016 г.